

Fiche de matériovigilance

Syramed 6000



Mesures à prendre
dans le cas identifié
par l'AFSSAPS

« fix ouverte ».

= Alarme de dépression

ARRÊT Immédiat de l'administration du produit

- **Clamper** la tubulure « PCA ».
- **Déconnecter immédiatement le patient de la pompe PCA.**
- **Prévenir +++** le MAR (22000) ou l'IADE (22175).